



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



221135

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Субъектам обращения
медицинских изделий

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

11.06.2014 № 014-844/14

На № _____ от _____

О незарегистрированных
медицинских изделиях

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о поступившей от территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области информации о выявлении незарегистрированных медицинских изделий, производства фирмы MAMASENSE, Великобритания, изготовлено в Таиланде, реализуемых отдельно или в наборах с бутылочками для кормления:

- «Соска антиколиковая силиконовая «Регулируемый поток» для бутылочки с широким горлышком»;
- «Соска антиколиковая силиконовая «Медленный поток» для бутылочки с широким горлышком»;
- «Соска антиколиковая силиконовая «Средний поток» для бутылочки с широким горлышком»;
- «Соска антиколиковая силиконовая «Быстрый поток» для бутылочки с широким горлышком».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении указанных медицинских изделий, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).

Врио руководителя

М.А.Мурашко