



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

24.07.2014 № 011-1067/14

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О несоответствии сведений  
в рекламных материалах  
медицинского изделия  
нормативной документации



224496

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с распространением недостоверной информации, в том числе в сети Интернет ([www.kront.com](http://www.kront.com)), сообщает, что комплекты регистрационной документации на зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия производства ЗАО «КРОНТ-М», 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1:

- «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (товарный знак «ДЕЗАР-3», «ДЕЗАР-4»), регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11388 от 14.07.2011, срок действия не ограничен,

- «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (товарный знак «ДЕЗАР-5», «ДЕЗАР-7»), регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04140 от 16.02.2009, срок действия не ограничен,

не содержат сведений о наличии в составе изделия фильтра угольного ФУС-«КРОНТ».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации незарегистрированного медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).

Врио руководителя

М.А. Мурашко