



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



2045717

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных органов  
Росздравнадзора

02.11.2015 № 01И-1861/15

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Во изменение информационного  
письма Росздравнадзора  
от 14.10.2015 № 01И-1713/15

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 14.10.2015 № 01И-1713/15 о недоброкачественном медицинском изделии «Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93», производства ООО «Лейко», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05650 от 09.09.2009, сообщает, что изъятию подлежит вид исполнения: «стерильные и нестерильные, размеры 7мх10см и 10мх16см», партия 36, дата выпуска 07.04.2015.

Руководитель

М.А.Мурашко