



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

08.02.2016 № 014-212/16

На № _____ от _____

О замене медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о готовности производителя ООО «ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ. ВАТНАЯ ФАБРИКА», Россия, Рязанская область, Клепиковский район, с. Екшур, провести замену неизрасходованных образцов медицинского изделия «Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81», вес 100 г., дата изготовления 08.2014, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06929 от 01.03.2010, срок действия не ограничен, (далее – Медицинское изделие) в которых выявлен брак.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ. ВАТНАЯ ФАБРИКА» по тел. 8 (49142) 2-43-40.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель


М.А. Мурашко

от

№



1108112



ООО «Емельянь Савостинъ. Ватная фабрика»
391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский район, с. Елзур
Тел.: +7 (4912) 50-22-20, тел./факс: +7 (4912) 2-43-40
эл. почта: ides@list.ru
сайт: www.vata.org

22.11.2015 № 238/14
На № _____ от _____

Заместителю руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
Борзюк И.К.

109074, Москва, Славянская пл.,
д. 4, стр. 1

Уважаемая Ирина Константиновна!

Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинъ. Ватная фабрика" сообщает, что продукция "Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81" весом 100г. выпуска август 2014 года, не прошедшая экспертизу по показателям: "массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узлов", "массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли", "поглощательная способность", "капиллярность", "формальдегид" и повлекшая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан изъята из обращения и подлежит возврату производителю для утилизации и замене на качественную продукцию.

Контактные телефоны для обращения:

Телефон/телефакс: +7 (49142) 2-43-40

Директор: Губанов Вячеслав Андреевич - +7 (49142) 2-67-24

Коммерческий директор: Бурцева Наталия Александровна - +7 (4912) 50-22-20

Зам. директора по качеству: Голованчикова Ольга Николаевна - +7 (49142) 2-99-91

С уважением

Директор

В.А.Губанов