



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

01.11.2018 № 01И-2582/18

На № _____ от _____

Об отмене действия
информационного письма
от 23.05.2018 № 01И-1295/18
и изъятии из обращения
отдельных партий
медицинского изделия



2261690

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 23.05.2018 № 01И-1295/18 и сообщает об изъятии из обращения отдельных партий медицинского изделия: «Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» размер 0,5x0,7 (+/- 0,02) м без окантовки», марка 1, артикул 0052, партия № 41 от 24.05.2016г, дата выпуска 20.06.16 и партия № 35 от 29.03.2017, дата выпуска 15.04.2017, производства ООО «КОЛОРИТ», 170100, Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05152 от 11.08.2014. Приказ Росздравнадзора от 01.11.2018 № 7378.

Руководитель

М.А. Мурашко