



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

09.04. 2024 № 014 ~ 373 / 24

На № _____ от _____

О проведении корректирующих
мероприятий



2598067

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по результатам экспертной оценки ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора проведенных ООО «Диаконт» корректирующих мероприятий в связи с информационным письмом Росздравнадзора от 21.07.2023 № 02И-621/23 о незарегистрированном медицинском изделии, информирует, что на медицинские изделия «Система контроля уровня глюкозы в крови «Diascont» по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с принадлежностями»: Система контроля уровня глюкозы в крови Diascont, глюкометр с функцией голосового сопровождения VOICE», производства ООО «Диаконт», Россия, выпущенные в обращение с 16.10.2023 и сопровождаемые сведениями о регистрационном удостоверении № ФСЗ 2009/06561 от 16.10.2023, не распространяется действие информационного письма Росздравнадзора от 21.07.2023 № 02И-621/23.

А.В. Самойлова