



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**
РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

20.11.2025 № 014-1159/25

На № _____ от _____

О безопасности
медицинских изделий

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора


Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения письмо ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» о новых данных по безопасности при применении медицинского изделия «Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-«МТ-Казань» по ТУ 9438-027-40686779-2002» (регистрационное удостоверение №ФСР 2012/13024 от 22.09.2023).

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в «ПТО «МЕДТЕХНИКА» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

 А.В. Самойлова

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»
420053, РТ, г.Казань, ул.Журналистов, 62, ком.5



ПТО «МЕДТЕХНИКА»
420053, Russia, Kazan, Zhurnalistov str.62, room5

т/ф (843)-560-57-24, 564-82-27, 557-39-37 (сбыт), 564-82-42 (бух), 200-93-66 (опр).

E-mail: medtech@medtech.ru, сайт: www.medtech.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Торговое Объединение «МЕДТЕХНИКА»,
п/с №40702810500060004836 в АКБ «Энергобанк» (АО) г. Казань БИК 049205770 и/с №30101810300000000770 ИНН1658065104 КПП166001001

исх.№ 0111-1 от «01» ноября 2025г.

Субъектам обращения
медицинских изделий

Об отзыве партии медицинского изделия
по РУ № ФСР 2012/13024 от 22.09.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Техническое Объединение "МЕДТЕХНИКА" (ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА") является производителем медицинского изделия «Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-«МТ-Казань» по ТУ 9438-027-40686779-2002» по регистрационному удостоверению № ФСР 2012/13024 от 22.09.2023 г.

Настоящим письмом ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА" сообщает о добровольном отзыве из обращения партии LOT 2764 медицинского изделия «Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-«МТ-Казань» по ТУ 9438-027-40686779-2002» по регистрационному удостоверению № ФСР 2012/13024 от 22.09.2023 г., вариант исполнения: 2. Спица гладкая перо – CRP (исполнение спиц: коды): - диаметр(d)= 1,2 мм. длина (L)= 250мм: CRP12.250 из оборота с территории Российской Федерации.

Отзыв из обращения партии вышеуказанного медицинского изделия производится на основании Уведомления Росздравнадзора О возможном причинении вреда здоровью при применении медицинского изделия № 10-67489/25 от 31.10.2025 г. по поводу сообщения о неблагоприятном событии медицинского изделия № НС-19091.

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных экземпляров партии LOT 2764 медицинских изделий «Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-«МТ-Казань» по ТУ 9438-027-40686779-2002» по регистрационному удостоверению № ФСР 2012/13024 от 22.09.2023 г., вариант исполнения: 2. Спица гладкая перо – CRP (исполнение спиц: коды): - диаметр(d)= 1,2 мм. длина (L)= 250мм: CRP12.250 партии LOT 2764, с целью возврата производителю – ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА", 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, Тел.: +7(987)298-48-48, service@medtech.ru.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, в случае необходимости готовы предоставить дополнительные разъяснения.

Генеральный директор
ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»

(подпись)

В.Д. Щербаков

М.П.