



2639410

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**
РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

28.01.2026 № 01и-67/26

На № _____ от _____

Об изъятии партии
недоброкачественного
медицинского изделия и
отмене информационного
письма от 01.10.2025
№ 01и-1018/25

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 01.10.2025 № 01и-1018/25 и сообщает об изъятии из обращения партии недоброкачественного медицинского изделия:

«Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный КПРВ 1,2x0,6-0,4 без антимикробного покрытия с металлическим проводником по ТУ 9398-017-18037666-2005», номер партии: 0724Н-060026, дата изготовления 16.07.2024 г., использовать до 16.07.2029 г., производства АО "МедСил", Россия, регистрационное удостоверение от 15.05.2020 № ФСР 2010/07858.

Приказ Росздравнадзора от 28.01.2026 № 81.

А.В. Самойлова