



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

09.02.2026 № 014-87/26

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2639644

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании письма ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» сообщает об отзыве партии медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017», производства ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА», Россия, регистрационное удостоверение от РЗН 2020/9990 от 21.02.2025.

В случае необходимости получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»
420053, РТ, г.Казань, ул.Журналистов, 62, ком.7



ПТО «МЕДТЕХНИКА»
420053, Russia, Kazan, Zhurnalistov str.62, room7

т/ф (843)-560-57-24, 564-82-27, 557-39-37

E-mail: medtech@medtech.ru

www.medtech.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Техническое Объединение «МЕДТЕХНИКА»,
р/с №4070281050000000049 в АКБ «Энергобанко» (АО) г. Казани БИК 049205770 к/с №30101810300000000770
ИНН1658021410 КПП166001001

Иск. № 2512-1 от 25 декабря 2025 г.

Субъектам обращения
медицинских изделий

Об отзыве из обращения партии медицинского изделия
по РУ № РЗН 2020/9990 от 21.02.2025 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Техническое Объединение «МЕДТЕХНИКА» (ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА») является производителем медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 21.02.2025 г.

Настоящим письмом ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» сообщает о добровольном отзыве из обращения на территории Российской Федерации партии LOT 400/74/25, дата выпуска 2025-08, вариант исполнения: ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИД ПЛЮС MP 2 (USP 3-0) 70 см плетеный фиолетовый рассасывающийся с покрытием (а/б не более 0,00275мг/см) 4С-0,6x26-(3-0)-PGLA-PLUS-(2-70) медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 21.02.2025 г.

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных экземпляров изделий партии LOT 400/74/25, дата выпуска 2025-08, вариант исполнения: ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИД ПЛЮС MP 2 (USP 3-0) 70 см плетеный фиолетовый рассасывающийся с покрытием (а/б не более 0,00275мг/см) 4С-0,6x26-(3-0)-PGLA-PLUS-(2-70) медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 21.02.2025 г. для возврата производителю – ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА».

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, в случае необходимости получения дополнительной информации, предлагаем обращаться к производителю ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» (адрес для корреспонденции: 420095, РТ, Казань, а/я 112, e-mail: legal@medtech.ru) или к поставщику изделия. Служба качества Производителя: Телефон (доступен во всех мессенджерах): +7-987-298-48-48; e-mail: service@medtech.ru

Генеральный директор
ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»



В.Д. Щербаков