



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

23.03.2026 № 014-232/26

На № _____ от _____

**О безопасности
медицинских изделий**



2639598

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения письмо производителя ООО «Мегатехника» о новых данных по безопасности медицинского изделия «Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий "MGtest" по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021» регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19477 от: 02.02.2023.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Мегатехника» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

ООО "Мегатехника"

187021, Россия, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение, городской поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1 т/ф: (812) 614-41-41
ИНН 7825701105 / КПП 471601001, БИК 044030653
ОКПО 49003903 ОГРН 1027809238731
р/с 40702810555230001177, к/с 30101810500000000653,
В Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк России"

Исх. № 25 от 05.03.2026

Субъектам обращения
медицинских изделий

Об отзыве из обращения партии
медицинского изделия
по РУ № РЗН 2023/19477 от 02.02.2023

Общество с ограниченной ответственностью «Мегатехника» является производителем медицинского изделия «Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий "MGtest" по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021» по регистрационному удостоверению № РЗН 2023/19477 от 02.02.2023.

Настоящим письмом ООО «Мегатехника» сообщает об отзыве из обращения на территории Российской Федерации медицинского изделия: Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий "MGtest" по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021, вариант исполнения:

Индикатор «MGtest ПСО-1», в составе:

- Индикаторная система - 20 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт

Партия 010126. Дата изготовления: 01.2026, годен до: 01.2031


по регистрационному удостоверению № РЗН 2023/19477 от 02.02.2023

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных экземпляров изделий указанной выше партии медицинского изделия для возврата производителю – ООО «Мегатехника».

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

За дополнительной информацией просьба обращаться по электронной почте: sales@megatechnica.ru или по телефону: (812) 614-41-41

Генеральный директор Котченко Р.Г.



ООО «Мегатехника»