



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

06.04.2026 № 01и-313/26

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изъятии из обращения  
партии недоброкачественного  
медицинского изделия и  
отмене действия  
информационного письма  
от 29.12.2025 № 01и-1309/25



2639871

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 29.12.2025 № 01и-1309/25 и сообщает об изъятии из обращения партии недоброкачественного медицинского изделия «Набор для эпидуральной анестезии EPIDURAL KIT «Система II»», номер серии: С24001, дата производства 01.03.2024, срок годности 01.02.2029, производства «СУРУ ИНТЕРНЭШНЛ ПиВиТи. ЛТД.», Индия, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2695 от 04.06.2015.

Приказ Росздравнадзора от 06.04.2026 № 317

А.В. Самойлова