



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

09.06.2026 № 01И-600/26

На № _____ от _____

Об отмене информационного
письма от 02.03.2026
№ 01И-156/26
«О приостановлении
применения медицинского
изделия»



2640176

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, сообщает об отмене приостановления применения медицинского изделия:

- «Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный КПРВ 2,1x1,4-1,2 по ТУ 9398-017-18037666-2005», номер партии: 0725-140079, дата изготовления: 05.08.2025, использовать до: 05.08.2030, производства: АО «МедСил», Россия, регистрационное удостоверение от 15.05.2020 № ФСР 2010/07858, на основании приказа Росздравнадзора от 09.06.2026 № 529.

Информационное письмо Росздравнадзора от 02.03.2026 № 01И-156/26 считать утратившим силу.

 А.В. Самойлова