



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

10.06.2026 № 02И-629/26

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве  
медицинского изделия



2640204

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя медицинского изделия, сообщает об отзыве медицинского изделия:

«Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом СК-FLON (СК-ФЛОН), REF: 109.1012.18, 18G, 1,30x45mm, 95 ml/min», партия: 230058, дата производства 2023-04, использовать до 2028-03, производства «Диспосэйф Хелс энд Лайф Кеа Лтд.», Индия, регистрационное удостоверение от 05.12.2019 № РЗН 2017/5585.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора № 01И-300/26 от 03.04.2026 о недоброкачественном медицинском изделии.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «СЛУЖБА КРОВИ» по тел. 8 (965) 259-38-88, электронной почте slkr@yandex.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



ООО «СЛУЖБА КРОВИ»

ИНН 7743068516, 117405, г. Москва,  
ул. Дорожная, д.60 Б, эт.1, оф.112, пом. 1  
Тел/факс: 8 (495) 987-20-87;  
e-mail: [slkr@yandex.ru](mailto:slkr@yandex.ru), [www.slkr.ru](http://www.slkr.ru)

Приложение к письму Росздравнадзора

10.06.2026

№ 021-629126

[ Информационное письмо ]  
Субъектам обращения  
медицинских изделий

04 мая 2026 г.

Компания ООО «СЛУЖБА КРОВИ» является уполномоченным представителем компании «Disposafe Health and Life Care Limited» Индия («Диспосэйф Хелс энд Лайф Кеа Лимитед», India), производителя МИ «Катетеры (канюли) внутривенные, стерильные однократного применения в вариантах исполнения с принадлежностями», Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5585.

Информируем об отзыве из обращения медицинского изделия «Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом **СК-FLON (СК-ФЛОН) 18G**», партия **230058**, дата производства **2023-04**, использовать до **2028-03**, на основании письма, размещенного на сайте Федеральной службы в сфере здравоохранения №01И-300/26 от 03.04.2026 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Просим предпринять следующие действия:

1. Провести проверку наличия медицинского изделия «Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом **СК-FLON (СК-ФЛОН) 18G партия 230058**»;
2. Вернуть вашему поставщику неиспользованные медицинские изделия «Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом **СК-FLON (СК-ФЛОН) 18G партия 230058**»;
3. По всем вопросам относительно сути данного письма обращаться к уполномоченному представителю ООО «СЛУЖБА КРОВИ» по тел. 8(965)259-38-88 или по электронной почте [slkr@yandex.ru](mailto:slkr@yandex.ru).

Генеральный директор /  
ООО «СЛУЖБА КРОВИ»



Курносова Н.В.