



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

29.09.2026 № 01И-1124/26

На № _____ от _____

О приостановлении применения
медицинского изделия



2644565

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.05.2026 № 540н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, зарегистрированных в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, и на основании заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, сообщает о приостановлении применения медицинских изделий:

- «Нейтральный забуференный раствор формалина ИВД по ТУ 21.20.23-008-27487504-2021», вариант исполнения: «13. Нейтральный забуференный раствор формалина 10% бесцветный, объем: 10 л - 1 контейнер»; номер партии: 06-2026; номер серии: 22062026; дата производства: 22.06.2026; срок годности: 22.06.2029, производства ООО «Лабико», Россия, регистрационное удостоверение от 01.04.2024 № РЗН 2024/22357;

- «Нейтральный забуференный раствор формалина ИВД по ТУ 21.20.23-008-27487504-2021», вариант исполнения: «91. Нейтральный забуференный раствор формалина Карсона; объем:

10 л - 1 контейнер»; номер партии: 03-2026; номер серии: 20032026; дата производства: 20.03.2026; срок годности: 20.03.2029, производства ООО «Лабико», Россия, регистрационное удостоверение от 01.04.2024 № РЗН 2024/22357, на основании приказа Росздравнадзора от 29.09.2026 № 872.



А.В. Самойлова